UCLM UNIVERSIDAD DE CASTILLA-LA MANCHA	**LAMPARA DESINFECTANTE UV-C**	Fecha: Ratificado por CSS el 28/11/2024 Página: 1/1

PRINCIPIO DE DESINFECCION

Altamente eficiente destruye la estructura molecular del ADN o ARN, provocando que pierda la fertilidad y detenga la auto división. Tasa bactericida 99,9%, no tóxico, sin radiación, sin ozono.
Las principales aplicaciones de UVC incluyen la desinfección de superficies y de elementos utilizados a diario como material de laboratorio, bata de laboratorio, etc.
Longitud de onda: 260-280 nm
Temperatura de trabajo -40ºC + 65ºC

MODO DE USO



Pulsar durante 2 segundos para encender la lámpara de desinfección y haga clic para detener la desinfección durante el trabajo.
Cuando la lámpara de desinfección está funcionando, el zumbador emitirá un sonido de aviso de “gota” (una vez por segundo, el tiempo total es de 300 s) y el tiempo de desinfección se apagará automáticamente después de 5 minutos. Barrer de un lado a otro de 5 a 10 veces cuando la distancia a desinfectar sea inferior a 3 cm.

-Evite mirar la luz ultravioleta y la exposición al cuerpo humano directamente.
-El uso de la lampara desinfectante UV-C **no sustituye** los protocolos de limpieza incluidos en las buenas prácticas de trabajo habituales, lo complementa.
-Uso recomendable protección ocular con código de protección 2 y grado de protección de 1,2 a 5. Para más información consultar el BPP-5 EPI. BPP (uclm.es)

REGISTRO DE USO DE LAMPARA DESINFECTANTE UV-C

FECHA	PERSONA QUE LO UTILIZA	ESPACIO DE TRABAJO / EQUIPO / MATERIAL, ETC. DESINFECTADO	OBSERVACIONES